

令和元年度(2019年度)に係る行政監査の結果に対する措置状況 (知事部局)

監査テーマ 「自動体外式除細動器 (AED) の設置、管理等について」

監査の結果に基づき講じた措置

<b>(2) AEDの管理は適切に行われているか</b>	
<b>是正又は改善を要する事項</b>	<b>左 に対する 措 置</b>
<b>ア 耐用期間を超過したAEDを設置しているもの</b>	
<p>道の施設に設置されているAED648台のうち、AEDの製造販売業者がAEDの使用環境等を考慮し設定した耐用期間を超過したAEDが46台あった。</p> <p>(総務部、環境生活部、保健福祉部、経済部、農政部、水産林務部、空知総合振興局、石狩振興局、後志総合振興局、日高振興局、上川総合振興局、宗谷総合振興局、オホーツク総合振興局、釧路総合振興局)</p>	<p>指摘のあったAEDについては、更新又は撤去を行いました。</p> <p>今後は、設定された耐用期間を遵守し、適正な機器の管理に努めます。</p>
<b>イ 消耗品の管理について</b>	
<b>(7) 使用期限が切れた消耗品を交換していないもの</b>	
<p>平成21年通知では、電極パッドやバッテリーの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施することとされているが、使用期限が切れた消耗品を交換していないものがあった。</p> <p>(総務部、保健福祉部、農政部、水産林務部、後志総合振興局、オホーツク総合振興局)</p>	<p>指摘のあった消耗品については、交換あるいはAED本体の更新又は撤去を行いました。</p> <p>今後は、平成21年通知を遵守し、適正な機器の管理に努めます。</p>
<b>(4) AED本体又は収納ケース等に消耗品の使用期限の表示ラベルを取り付けていないもの</b>	
<p>平成21年通知では、表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付けることとされているが、表示ラベルを取り付けていないものがあった。</p> <p>(保健福祉部、水産林務部、空知総合振興局)</p>	<p>指摘のあったAED本体又は収納ケース等については、交換時期等を記載した表示ラベルを取り付けました。</p> <p>今後は、平成21年通知を遵守し、適正な機器の管理に努めます。</p>

(ウ) 表示ラベルに消耗品の交換時期等を記載していないもの

平成21年通知では、表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付けることとされているが、表示ラベルに消耗品の交換時期等を記載していないものがあった。

(総務部、経済部)

指摘のあった表示ラベルについては、消耗品の交換時期等を記載しました。

今後は、平成21年通知を遵守し、適正な機器の管理に努めます。

令和元年度(2019年度)に係る行政監査の結果に対する措置状況 (教育庁)

監査テーマ 「自動体外式除細動器 (AED) の設置、管理等について」

監査の結果に基づき講じた措置

(2) AEDの管理は適切に行われているか	
是正又は改善を要する事項	左に対する措置
<b>ア 耐用期間を超過したAEDを設置しているもの</b>	
<p>道の施設に設置されているAED648台のうち、AEDの製造販売業者がAEDの使用環境等を考慮し設定した耐用期間を超過したAEDが46台あった。</p> <p>(教育庁、深川西高等学校、恵庭南高等学校、北広島高等学校、札幌視覚支援学校、伊達高等学校、苫小牧工業高等学校、大野農業高等学校、江差高等学校、根室高等学校)</p>	<p>耐用期間を超過したAEDは交換し、基準を満たしたものにしました。</p> <p>今後も、引き続き耐用期間に留意しながら、適切な時期に機器の更新を行い、再発防止に努めます。</p>
<b>イ 消耗品の管理について</b>	
<b>(7) 使用期限が切れた消耗品を交換していないもの</b>	
<p>平成21年通知では、電極パッドやバッテリーの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施することとされているが、使用期限が切れた消耗品を交換していないものがあった。</p> <p>(札幌丘珠高等学校、札幌視覚支援学校、虻田高等学校、帯広農業高等学校、根室高等学校)</p>	<p>使用期限が超過した消耗品は交換し、使用可能にしました。</p> <p>今後も、引き続き日常点検を確実にを行い、消耗品の交換時期を正確に把握し、交換を適切に実施することにより再発防止に努めます。</p>
<b>(イ) AED本体又は収納ケース等に消耗品の使用期限の表示ラベルを取り付けていないもの</b>	
<p>平成21年通知では、表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付けることとされているが、表示ラベルを取り付けていないものがあった。</p> <p>(帯広美術館、札幌西高等学校、札幌南高等学校、札幌丘珠高等学校、苫小牧西高等学校)</p>	<p>バッテリー等消耗品の交換時期等を記載したラベルを貼付し、確認可能な状態にしました。</p> <p>今後も、引き続き、表示ラベルを確認し、再発防止に努めます。</p>

**(ウ) 表示ラベルに消耗品の交換時期等を記載していないもの**

平成21年通知では、表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付けることとされているが、表示ラベルに消耗品の交換時期等を記載していないものがあった。

(教育庁、函館聾学校、小平高等養護学校、上士幌高等学校、本別高等学校、帯広養護学校)

バッテリー等消耗品の交換時期等を記載したラベルを貼付し、確認可能な状態にしました。

今後も、引き続き、表示ラベルを確認し、再発防止に努めます。