

委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第1条第1項に基づき、令和6年度全身用X線コンピュータ断層撮影装置のメンテナンス業務の処理に関し、必要な事項を定める。

第1 メンテナンス業務対象機種

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

Optima CT 660 Advance(75KVA) システムNo. 0J0177

第2 メンテナンスの方法

- (1) 訪問点検の実施時期については、概ね9月、12月及び3月の平日かつ委託者の勤務時間内とし、別紙2「定期点検項目」に記載の項目について行うものとする。
(具体的な日時については、委託者と事前に調整すること)
- (2) リモート点検については、訪問点検の前月に行うものとする。

第3 業務処理上の留意事項

業務の処理については、業務担当員と十分打合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第4 契約の対象外

次の各号に該当するものは契約の対象外とし、発生の都度、委託者と受託者とは協議の上、実施するものとする。

- (1) 火災、風水害、地震その他の天災地変、又は不可抗力に起因する損傷の修復
- (2) 取扱説明書に記載の注意事項、環境条件、取扱方法を逸脱した使用に起因する損傷の修復
- (3) 受託者又は受託者の指定する者以外の者が改造、又は修理を行ったことに起因する損傷の修復
- (4) 受託者指定以外の保守部品、消耗品及び接続機器の使用に起因する損傷の修復
- (5) 受託者指定以外の装置の追加、又は所定装置の除去に起因する損傷の修復
- (6) 本装置のオーバーホール、設置場所の変更による本装置の移動、据付、調整作業

第5 費用の負担区分

消耗品(OD等)、補用品(患者固定帯等)を除く全ての部品について、受託者の負担とする。

第6 その他

- (1) 委託契約書第8条で定める委託者の請求による点検等については、平日かつ委託者の勤務時間内に行うものとする。
- (2) リモートサービス(緊急リモート診断、リモートメンテナンスサービス)については、受託者の負担とする。