

委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第1条第1項の規定により、人工透析装置の保守点検業務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1 保守点検対象機器

東レメディカル(株)

装 置 名	台数	実施時期
逆浸透法精製水製造装置 TW-900R	1 台	5 月
多人数用透析液供給装置 TC-20R	1 台	5 月
A 粉末剤自動溶解装置 TP-AHI-R	1 台	5 月
B 粉末剤自動溶解装置 TP-BHI-R	1 台	5 月
透析用監視装置 TR-3300M	14台	11月
浸透圧計	1 台	11月

第2 保守点検の方法

- (1) 定期点検の実施時期については、5月及び11月の年2回とし、上記設備の清掃、点検、注油及び調整を行うこと。
- (2) 受託者は、別紙保守点検項目表により点検、整備を行うほか、委託者の判断により必要と認めた場合は、付属機器に対しても修理又は取替えを行うものとする。
- (3) 機器に異状があるときは、契約書第8条に規定する点検・修繕を行うこと。

第3 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第4 費用の区分

- (1) 清掃、点検、注油及び随時保守に必要な消耗品については、受託者の負担とする。
- (2) 契約書第7条及び第8条に必要な消耗部品（別紙「交換部品一覧」）は、受託者の負担とする。

第5 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるものとする。

第6 その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従うこと。