

委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第1条第1項の規定に基づき、インジェクター装置保守点検業務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1 保守点検対象装置等

品 名	規格等	定期点検時等の交換部品	備考
MR用造影剤注入装置	ソニックショット7 株式会社 根本杏林堂	Syringe Sensor基板 シリンジセンサー キーシート(A・B・C) ヒューズ 8A 250V即断型 点検実施済ラベル LMT RLY-LMT ASSY/B ASSY・FFC (P1.25/9芯/170mm) B BTN-Standby Start BTN FFC FFC1 (P0.5 /12芯/40mm) Standby Start BTN-A BTN FFC FFC2 (P0.5/8芯/55mm) A BTN-Stop BTN FFC FFC3 (P0.5/8芯/25mm) グリップシート 小径プランジャ用フックASSY	

第2 保守点検の方法

- 1 定期点検は、10月の年1回とし、別紙点検リスト表に定める項目について点検を行うものとする。
- 2 定期点検時等において、第1の表に掲げる部品の交換を行うものとし、その費用は受託者が負担する。
- 3 保守点検等は、委託者の勤務時間内に行うこと。ただし、インジェクター装置に異状があるときは、契約書第8条に規定する点検・修繕を行うこと。

第3 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第4 費用の負担区分

契約書第9条第1項に規定する消耗部品は、全て受託者の負担とする。

第5 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるものとする。

第6 その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従うこと。

委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第1条第1項の規定に基づき、インジェクター装置保守点検業務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1 保守点検対象装置等

品 名	規格等	定期点検時等の交換部品	備考
CT用インジェク ー	デュアルショットG X7	キーシート式（チェック・ストップ防滴カバー・A側防滴スイッチカバー・B 側防滴スイッチカバー・下カバーストップ防滴カバー） ルートスイッチ（ルートスイッチAssy） 100mlアダプター（A側）（100mlシリンジアダプター） 200mlアダプター（A側）（200mlシリンジアダプター） 60mlアダプター（B側）（60mlアダプター）	

第2 保守点検の方法

- 1 定期点検は、10月の年1回とし、別紙点検リスト表に定める項目について点検を行うものとする。
- 2 定期点検時等において、第1の表に掲げる部品の交換を行うものとし、その費用は受託者が負担する。
- 3 保守点検等は、委託者の勤務時間内に行うこと。ただし、インジェクター装置に異状があるときは、契約書第8条に規定する点検・修繕を行うこと。

第3 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるものとする。

第4 費用の負担区分

契約書第9条第1項に規定する消耗部品は、全て受託者の負担とする。

第5 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるものとする。

第6 その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従うこと。